



Министерство здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 46 28; 698 46 11

30.07.2010 № 04-17927/10

На № 24-4/856 от 3.07.2010

Министерство здравоохранения и  
социального развития Российской  
Федерации

Директору Департамента охраны  
здравоохранения и санитарно-  
эпидемиологического  
благополучия человека

М.П. Шевыревой

Уважаемая Марина Павловна!

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития направляет информацию в рамках компетенции по сокращению потребления табака.

Росздравнадзором, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 10.06.2009 №302н «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» проведены проверки лечебно-профилактических учреждений по контролю за использованием оборудования, закупленного в 2009 году для реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Проверочные мероприятия были проведены во всех субъектах Российской Федерации в декабре 2009 – январе 2010 года.

В 2009 году Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации было приобретено 4368 единиц оборудования, которое поставлено в 476 учреждений здравоохранения 75 субъектов Российской Федерации.

В результате контрольных мероприятий выявлено:

1.Отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с поставленным оборудованием.

Нарушение выявлено в 33 ЛПУ 22 субъектов Российской Федерации, что составило 7% от общего количества учреждений и 29% от общего количества субъектов Российской Федерации, в которые были осуществлены поставки оборудования.

2.Отсутствие необходимой профессиональной подготовки медицинского персонала.

240605  
02.08

10

Нарушение выявлено в 24 ЛПУ 11 субъектов Российской Федерации, что составило 5% от общего количества учреждений и 15% от общего количества субъектов Российской Федерации, в которые были осуществлены поставки оборудования.

### 3. Простой оборудования.

Зафиксировано 67 случаев простого оборудования. Наиболее частыми причинами стали:

- отсутствие подготовленного помещения – 28 (42%) случаев;
- техническая неисправность оборудования – 17 (25%) случаев;
- отсутствие расходных материалов – 9 (13%) случаев;
- отсутствие специалистов – 3 (4%) случая;
- отсутствие санитарно-гигиенического заключения – 3 (4%) случая.

4. Недокомплект оборудования выявлен в 14 ЛПУ 9 субъектов Российской Федерации, что составило 3% от общего количества учреждений и 12% от общего количества субъектов Российской Федерации, в которые были осуществлены поставки оборудования.

Среди нарушений отмечено также, нарушение правил ведения медицинской документации (2 случая), несвоевременная поставка оборудования поставщиком (2 случая), непрофильное использование оборудования (1 случай).

По результатам проверок Управлениями Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации лечебно-профилактическим учреждениям, в которых выявлены нарушения использования поставленного оборудования, выданы предписания по устранению выявленных нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении.

Материалы проверок направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие исполнение переданных полномочий по лицензированию медицинской деятельности и по контролю качества оказания медицинской помощи населению, а также в органы прокуратуры субъектов Российской Федерации и в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

*С. Ковалев*,

Врио руководителя



Е.А.Тельнова